



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRATUBA
ESTÂNCIA HIDROMINERAL E CLIMÁTICA

COMISSÃO ESPECIAL PARA ANÁLISE DE AMOSTRAS
Decreto nº 722/2017, de 12 de janeiro de 2017

Referente:

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 22/2021
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 21/2021

Objeto: Registro de Preços para possível aquisição de material ambulatorial destinado a Unidade Básica de Saúde.

Licitante: TRADE MEDICAL COMERCIO MATERIAL HOSPITALARES
CNPJ: 06.555.143/0001-46

LAUDO DE AVALIAÇÃO DE AMOSTRAS

Item	Especificação	Marca Apresentada	Parecer
11	Cateter intravenoso periférico 18g, com dispositivo de segurança, composto de cânula em biomaterial vialon - fep - radiopaco e branco; agulha siliconizada com bisel biangulado e trifacetado; sistema de segurança ergonômico com encapsulamento total da agulha que reduz o risco biológico, acionamento progressivo controlado pelo usuário, trava de segurança, aleta indicadora da posição do bisel e câmara de refluxo transparente com filtro poroso. Embalagem individual, papel grau cirúrgico, com abertura asséptica, apresentar registro na Anvisa na proposta, embalagem contendo externamente dados de identificação, procedência, tipo e data de esterilização, validade, número do lote, registro do MS, conforme nr32.	Injex	REPROVADO Após análise do produto, observou-se que não possui o dispositivo de proteção (encapsulamento total da agulha) auto acionável, conforme solicitado no edital
14	Cateter intravenoso periférico 24g, com dispositivo de segurança, composto de cânula em biomaterial vialon - fep - radiopaco e branco; agulha siliconizada com bisel biangulado e trifacetado; sistema de segurança ergonômico com encapsulamento total da agulha que	Injex	REPROVADO Após análise do produto, observou-se que não possui o dispositivo de proteção (encapsulamento total da agulha) auto



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRATUBA
ESTÂNCIA HIDROMINERAL E CLIMÁTICA

	reduz o risco biológico, acionamento progressivo controlado pelo usuário, trava de segurança, aleta indicadora da posição do bisel e câmara de refluxo transparente com filtro poroso. Embalagem individual, papel grau cirúrgico, com abertura asséptica, apresentar registro na Anvisa na proposta, embalagem contendo externamente dados de identificação, procedência, tipo e data de esterilização, validade, número do lote, registro do MS, conforme nr32.		acionável, conforme solicitado no edital
19	Fita cirúrgica microporosa (micropore), é confeccionada com substrato de não-tecido à base de fibras de viscose, resina acrílica e massa adesiva à base de poliacrilato hipoalergênico, extra flexível, perfeita aderência, resistente, duradoura. Cor: bege (pele) Tamanho 2,5cm x 10 metros	MAXICOR	REPROVADO Não atende ao descritivo do edital
27	Compressa de gaze confeccionada em rayon, não estéril, embebida em óleo composto de AGE (ácidos graxos essenciais), TCM (triglicerídeos de cadeia média), óleo de melaleuca e copaiba, lecitina de soja. Vitaminas A e E. Gaze rayon 7,5 x 7,5cm com 3ml de óleo. Caixa contendo 24 sachets embalados individualmente em material que garante a integridade do produto	AGESANI	REPROVADO Não atende ao descritivo do edital
53	Cateter intravenoso periférico 20g, sem dispositivo de segurança, composto de cânula em biomaterial vialon - fep - radiopaco e branco; agulha siliconizada com bisel biangulado e trifacetado; sistema de segurança ergonômico com encapsulamento total da agulha que reduz o risco biológico, acionamento progressivo controlado pelo usuário, trava de segurança, aleta indicadora da posição do bisel e câmara de refluxo transparente com filtro poroso.	INJEX	REPROVADO Não atende ao descritivo do edital



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRATUBA
ESTÂNCIA HIDROMINERAL E CLIMÁTICA

Embalagem individual, papel grau cirúrgico, com abertura asséptica, apresentar AFE do fabricante e registro na Anvisa na proposta, embalagem contendo externamente dados de identificação, procedência, tipo e data de esterilização, validade, número do lote, registro do MS, conforme nr32		
---	--	--

Piratuba, 06 de DEZEMBRO de 2021.


Andressa Heckler Bortolini
Membro


Gracielli D'Avila
Membro


Karla Riffel da Silva
Membro