



**ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRATUBA
ESTÂNCIA HIDROMINERAL E CLIMÁTICA**

COMISSÃO ESPECIAL PARA ANÁLISE DE AMOSTRAS

Referente:

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 011/2024 FMS

Objeto: Registro de Preços para possível aquisição de materiais ambulatoriais e odontológicos para uso na unidade de saúde do município.

Licitante: ALTERMED MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR LTDA.

CNPJ: 00.802.002/0001-02

LAUDO DE AVALIAÇÃO DE AMOSTRAS

Item	Especificação	Marca Apresentada	Parecer
07	Atadura de crepom tipo II medindo 15 cm de largura por 1,80m em repouso de comprimento com variação máxima de 3% , com densidade de 18 fios/cm ² , confeccionada em tecido de no mínimo 90% algodão cru, fios de alta torção, possuindo bastante elasticidade no sentido longitudinal, enroladas sobre si mesmas, aparência uniforme, bordas devidamente acabadas, isenta de rasgos, impurezas, fiapos e quaisquer outros tipos de defeitos que possam afetar seu desempenho durante o uso. Apresentar registro na Anvisa. Embaladas individualmente, pacote com 12 unidades. O produto deverá atender na íntegra as especificações da ABNT 14.055 e 14.056	Medihouse	REPROVADO: o material apresentado não atende ao descritivo do edital no que diz respeito a sua composição e o peso é inferior que a amostra apresenta foi de 47 g para 2,23m, não sendo compatível.
08	Atadura de crepom tipo II medindo 20 cm de largura por 1,80m em repouso de comprimento com variação máxima de 3% , com densidade de 18 fios/cm ² , confeccionada em tecido de no mínimo 90% algodão cru, fios de alta torção, possuindo bastante	MEDHOUSE	REPROVADO: o material apresentado não atende ao descritivo do edital no que diz respeito a sua composição e o peso é inferior que a amostra apresenta foi de 58 g para 1,93m, não sendo compatível.



**ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRATUBA
ESTÂNCIA HIDROMINERAL E CLIMÁTICA**

<p>elasticidade no sentido longitudinal, enroladas sobre si mesmas, aparência uniforme, bordas devidamente acabadas, isenta de rasgos, impurezas, fiapos e quaisquer outros tipos de defeitos que possam afetar seu desempenho durante o uso. Apresentar registro na Anvisa. Embaladas individualmente, pacote com 12 unidades. O produto deverá atender na íntegra as especificações da ABNT 14.055 e 14.056.</p>		
--	--	--

Piratuba, 18 de DEZEMBRO de 2024.

Bianca de Oliveira
Dentista

Gustavo Ribeiro Pereira
Dentista

Andressa Heckler Bortolini
Enfermeira

Simara Vieira
Auxiliar serv. Gerais internos