



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRATUBA
ESTÂNCIA HIDROMINERAL E CLIMÁTICA

COMISSÃO ESPECIAL PARA ANÁLISE DE AMOSTRAS

Referente:

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 011/2024 FMS

Objeto: Registro de Preços para possível aquisição de materiais ambulatoriais e odontológicos para uso na unidade de saúde do município.

Licitante: DENTAL IPO LTDA

CNPJ: 50.567.060/0001-69

LAUDO DE AVALIAÇÃO DE AMOSTRAS

Item	Especificação	Marca Apresentada	Parecer
112	RESINA COMPOSTA PARA DENTINA: Polimento de alto brilho; -Translucidez e opacidade; -Nova cor opalescente; -Tomada de cor rápida e precisa; - Fluorescência dos dentes naturais; -Efeito Opalescente; -Efeito fluorescente. é um sistema que oferece 32 cores e 5 níveis de translucidez; -Cores naturais com diferentes opacidades resultam em restaurações bonitas e estéticas; apresenta radiopacidade de 350% Al, contra 100% Al do dente saudável; -Essa diferença assegura um diagnóstico preciso; -A baixa sensibilidade à luz de trabalho, em comparação a materiais similares, permite um maior tempo para esculpir a restauração. COR A1	Ultradent Products Inc	REPROVADO: o material apresentado não atende ao descritivo do edital no que diz respeito a sua composição. O material da amostra possui Zircônia, divergindo com a descrição do edital.
113	RESINA COMPOSTA PARA DENTINA: Polimento de alto brilho; -Translucidez e opacidade; -Nova cor opalescente; -Tomada de cor rápida e precisa; - Fluorescência dos dentes naturais; -Efeito Opalescente; -Efeito fluorescente. é um sistema que oferece 32 cores e 5 níveis de	Ultradent Products Inc	REPROVADO: o material apresentado não atende ao descritivo do edital no que diz respeito a sua composição. O material da amostra possui Zircônia, divergindo com a descrição do edital.



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRATUBA
ESTÂNCIA HIDROMINERAL E CLIMÁTICA

	<p>translucidez; -Cores naturais com diferentes opacidades resultam em restaurações bonitas e estéticas; apresenta radiopacidade de 350% Al, contra 100% Al do dente saudável; -Essa diferença assegura um diagnóstico preciso; -A baixa sensibilidade à luz de trabalho, em comparação a materiais similares, permite um maior tempo para esculpir a restauração. COR A3</p>		
114	<p>RESINA COMPOSTA PARA ESMALTE : Polimento de alto brilho; -Translucidez e opacidade; -Nova cor opalescente; -Tomada de cor rápida e precisa; - Fluorescência dos dentes naturais; -Efeito Opalescente; -Efeito fluorescente. é um sistema que oferece 32 cores e 5 níveis de translucidez; -Cores naturais com diferentes opacidades resultam em restaurações bonitas e estéticas; apresenta radiopacidade de 350% Al, contra 100% Al do dente saudável; -Essa diferença assegura um diagnóstico preciso; -A baixa sensibilidade à luz de trabalho, em comparação a materiais similares, permite um maior tempo para esculpir a restauração. COR A2</p>	Ultradent Products Inc	<p>REPROVADO: o material apresentado não atende ao descritivo do edital no que diz respeito a sua composição. O material da amostra possui Zircônia, divergindo com a descrição do edital.</p>
115	<p>RESINA COMPOSTA PARA ESMALTE: Polimento de alto brilho; -Translucidez e opacidade; -Nova cor opalescente; -Tomada de cor rápida e precisa; - Fluorescência dos dentes naturais; -Efeito Opalescente; -Efeito fluorescente. é um sistema que oferece 32 cores e 5 níveis de translucidez; -Cores naturais com diferentes opacidades resultam em restaurações bonitas e estéticas; apresenta radiopacidade de 350% Al, contra 100% Al do dente saudável; -Essa diferença assegura um diagnóstico</p>	Ultradent Products Inc	<p>REPROVADO: o material apresentado não atende ao descritivo do edital no que diz respeito a sua composição. O material da amostra possui Zircônia, divergindo com a descrição do edital.</p>



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRATUBA
ESTÂNCIA HIDROMINERAL E CLIMÁTICA

	preciso; -A baixa sensibilidade à luz de trabalho, em comparação a materiais similares, permite um maior tempo para esculpir a restauração. COR A1		
116	RESINA COMPOSTA PARA ESMALTE: Polimento de alto brilho; -Translucidez e opacidade; -Nova cor opalescente; -Tomada de cor rápida e precisa; - Fluorescência dos dentes naturais; -Efeito Opalescente; -Efeito fluorescente. é um sistema que oferece 32 cores e 5 níveis de translucidez; -Cores naturais com diferentes opacidades resultam em restaurações bonitas e estéticas; apresenta radiopacidade de 350% Al, contra 100% Al do dente saudável; -Essa diferença assegura um diagnóstico preciso; -A baixa sensibilidade à luz de trabalho, em comparação a materiais similares, permite um maior tempo para esculpir a restauração. COR A3	Ultradent Products Inc	REPROVADO: o material apresentado não atende ao descritivo do edital no que diz respeito a sua composição. O material da amostra possui Zircônia, divergindo com a descrição do edital.

Piratuba, 30 de outubro de 2024.

Bianca de Oliveira
Dentista

Gustavo Ribeiro Pereira
Dentista

Andressa Heckler Bortolini
Enfermeira

Simara Vieira
Auxiliar serv. Gerais internos