



**ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRATUBA
ESTÂNCIA HIDROMINERAL E CLIMÁTICA**

COMISSÃO ESPECIAL PARA ANÁLISE DE AMOSTRAS

Referente:

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 011/2024 FMS

Objeto: Registro de Preços para possível aquisição de materiais ambulatoriais e odontológicos para uso na unidade de saúde do município.

Licitante: Genial produtos para Limpeza LTDA

CNPJ: 04.415.316/0002-86

LAUDO DE AVALIAÇÃO DE AMOSTRAS

Item	Especificação	Marca Apresentada	Parecer
29	Curativo Bota de Unna – tratamento de feridas - bandagem impregnada com pasta à base de óxido de zinco, goma acácia, glicerol, óleo de rícino e água deionizada. Tamanho: 7,6cm x 9,14m.	casex	REPROVADO: o material apresentado não atende ao descritivo do edital no que diz respeito a sua composição não possui “óleo de rícino”, e o tamanho também não é compatível com o edital.
30	Curativo de hidrocolóide e alginato de cálcio e sódio, constituído de água purificada, propilenoglicol, carboximetilcelulose sódica, carbomero 940, trietanolamina, sorbato de potássio, ácido bórico, hidantoína (conservantes estes de grande importância para manutenção da estabilidade do produto por até 28 dias após aberto), num ambiente aquoso, hidratante e absorvente, transparente na forma de gel, que apresenta a capacidade de hidratar feridas secas e absorver o exsudato, interagindo com diversos níveis de umidade da ferida, para cavidades profundas, úlceras de perna, venosa e arterial, pé diabético,	casex	REPROVADO: Após análise observou-se que o material apresentado, não está compatível com o descritivo do edital, no que diz respeito aos componentes: água purificada. carbomero 940, trietanolamina, sorbato de potássio, ácido bórico, hidantoína. Também não refere ph na embalagem.



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRATUBA
ESTÂNCIA HIDROMINERAL E CLIMÁTICA

	<p>cortes, abrasões e lacerações, queimaduras de 1º e 2º graus e úlceras de pressão, ação hemostática, debridante, com ph neutro, com tampa flip top. Tubo de 85gr.</p>		
37	<p>Hidratante com fragrância a base de AGE, vitaminas A e E, uréia, D-Pantenol e aloe vera, vaselina e silicone, para manutenção do equilíbrio hídrico natural da pele, combate o ressecamento através de película protetora que dificulta a perda de água da pele, e elementos nutritivos para hidratação epitelial eficaz. Tubo com 200 ml.</p>	Helianto	<p>Reprovado: Após análise observou-se que o material apresentado, não está compatível com o descritivo do edital, no que diz respeito aos componentes: vitaminas A e E, D-Pantenol e aloe vera, vaselina e silicone, e a embalagem apresentada foi de 100 g.</p>
38	<p>Curativo hidrocolóide extra-fino, translúcido e moldável. Composto por uma camada interna que contém 3 hidrocolóides (gelatina, pectina e carboximetilcelulose sódica), poliisobutileno e polímeros elastoméricos adicionados à fórmula para controle da formação do gel com uma camada externa de poliuretano que oferece uma barreira antimicrobiana e de outras contaminações externas. Medidas: 10cm x 10cm.</p>	Casex	<p>Reprovado: Após análise observou-se que o material apresentado, não está compatível com o descritivo do edital, no que diz respeito ao componente: com uma camada externa de poliuretano</p>
39	<p>Curativo hidrocolóide extra-fino, translúcido e moldável. Composto por uma camada interna que contém 3 hidrocolóides (gelatina, pectina e carboximetilcelulose sódica), poliisobutileno e polímeros elastoméricos adicionados à fórmula para controle da formação do gel com uma camada externa de poliuretano que oferece uma barreira</p>	Casex	<p>Reprovado: Após análise observou-se que o material apresentado, não está compatível com o descritivo do edital, no que diz respeito ao componente: com uma camada externa de poliuretano</p>



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRATUBA
ESTÂNCIA HIDROMINERAL E CLIMÁTICA

	antimicrobiana e de outras contaminações externas. Medidas: 15cm x 15cm.		
40	Curativo estéril de espuma e hidrofibra, constituído por uma camada externa impermeável de filme de poliuretano com barreira viral e bacteriana que controla a transmissão do vapor úmido do exsudato absorvido pelo curativo e uma almofada central com várias camadas absorventes. A almofada central absorvente é composta por uma camada de espuma de poliuretano e uma camada em contato com o leito da ferida de hidrofibra (100% de Carboximetilcelulose sódica) com 1,2% de prata iônica. Indicado como curativo primário ou secundário que absorve até grandes quantidades de exsudato. Tamanho 15x15cm	Casex	Reprovado: Após análise observou-se que o material apresentado, não está compatível com o descritivo do edital, no que diz respeito ao componente: constituído por uma camada externa impermeável de filme de poliuretano com barreira viral e bacteriana
41	Curativo estéril de espuma e hidrofibra, constituído por uma camada externa impermeável de filme de poliuretano com barreira viral e bacteriana que controla a transmissão do vapor úmido do exsudato absorvido pelo curativo e uma almofada central com várias camadas absorventes. A almofada central absorvente é composta por uma camada de espuma de poliuretano e uma camada em contato com o leito da ferida de hidrofibra (100% de Carboximetilcelulose sódica) com 1,2% de prata iônica. Indicado como curativo primário ou secundário que absorve até grandes quantidades de exsudato. Tamanho 10x10cm.	Casex	Reprovado: Após análise observou-se que o material apresentado, não está compatível com o descritivo do edital, no que diz respeito ao componente: constituído por uma camada externa impermeável de filme de poliuretano com barreira viral e bacteriana



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRATUBA
ESTÂNCIA HIDROMINERAL E CLIMÁTICA

42	<p>Curativo tratamento placa, COM HIDROFIBRA ANTIMICROBIANO composto de 100% fibras de Carboximetilcelulose Sódica E PRATA IÔNICA, altamente absorvente, que interage com o exsudato da ferida formando um gel macio que mantém o meio úmido, proporcionando o ambiente ideal a cicatrização, auxilia no debridamento autolítico e remoção sem causar trauma ao tecido recém-formado, com drenagem vertical avançada e lateral controlada mantém o fluido distante da ferida e pele circundante - o fluido retido dentro das fibras é convertido imediatamente em gel translúcido; absorve 25 vezes seu peso em fluidos. Tamanho 15 x 15 cm</p>	casex	<p>Reprovado: Após análise observou-se que o material apresentado, não está compatível com o descritivo do edital, no que diz respeito ao componente: constituído por uma camada externa impermeável de filme de poliuretano com barreira viral e bacteriana</p>
43	<p>Curativo cobertura primária. Apresentação: curativo multicamada 20x 16,9 cm, estéril. Características: constituído por uma camada externa impermeável de filme de poliuretano com barreira viral e bacteriana. A almofada central absorvente é composta por uma camada de espuma de poliuretano, uma camada de 100% de carboximetilcelulose e a interface com a ferida, uma camada de silicone adesivo perfurada em toda a sua extremidade do curativo. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber</p>	Goldmed	<p>Reprovado: Após análise observou-se que o material apresentado, não está compatível com o descritivo do edital, no que diz respeito ao componente: não apresenta "uma camada de silicone adesivo perfurada em toda a sua extremidade do curativo"</p>
48	<p>Solução para irrigação/limpeza e descontaminação de feridas, composta de 0,1% de</p>	Casex	<p>Reprovado: Após análise observou-se que o material apresentado, não está compatível com o descritivo do edital, no</p>



**ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRATUBA
ESTÂNCIA HIDROMINERAL E CLIMÁTICA**

<p>polihexanida (PHMB), 0,1% de betaina e 99,8% de água purificada por sistema de osmose reversa ou por destilação, com condutividade < 1,3 us/cm e TOC < 500 ppb, com laudos de: ação bactericida para pseudomonas, salmonella e outros germes. Toxicidade/reactividade biológica intracutânea; sensibilidade cutânea e avaliação do potencial de citotoxicidade. Frasco de polietileno transparente com 350 ml, flexível com bico próprio para irrigação de feridas, membrana inviolável e abertura no momento do uso. Registrado na ANVISA como produto para saúde, classe de risco IV</p>		<p>que diz respeito ao componente: não possui 0,1% de betaina e 99,8% de água purificada.</p>
---	--	---

Piratuba, 30 de outubro de 2024.

Bianca de Oliveira
Dentista

Gustavo Ribeiro Pereira
Dentista

Andressa Heckler Bortolini
Enfermeira

Simara Vieira
Auxiliar serv. Gerais internos