



**ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRATUBA  
ESTÂNCIA HIDROMINERAL E CLIMÁTICA**

**COMISSÃO ESPECIAL PARA ANÁLISE DE AMOSTRAS**

**Referente:**

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 011/2024 FMS

Objeto: Registro de Preços para possível aquisição de materiais ambulatoriais e odontológicos para uso na unidade de saúde do município.

Licitante: LA DALLA PORTA JUNIOR

CNPJ: 11.145.401/0001-56

**LAUDO DE AVALIAÇÃO DE AMOSTRAS**

| Item | Especificação   | Marca Apresentada | Parecer  |
|------|---|-------------------|--|
| 05   | Atadura de crepom tipo II medindo 08 cm de largura por 1,80m em repouso de comprimento com variação máxima de 3% , com densidade de 18 fios/cm <sup>2</sup> , confeccionada em tecido de no mínimo 90% algodão cru, fios de alta torção, possuindo bastante elasticidade no sentido longitudinal, enroladas sobre si mesmas, aparência uniforme, bordas devidamente acabadas, isenta de rasgos, impurezas, fiapos e quaisquer outros tipos de defeitos que possam afetar seu desempenho durante o uso. Apresentar registro na Anvisa. Embaladas individualmente, pacote com 12 unidades. O produto deverá atender na íntegra as especificações da ABNT 14.055 e 14.056. | Medihouse         | REPROVADO: o material apresentado não atende ao descritivo do edital no que diz respeito a sua composição e o peso que a amostra apresentou foi de 23g para 2,40m                                  |
| 06   | Atadura de crepom tipo II medindo 12 cm de largura por 1,80m em repouso de comprimento com variação máxima de 3% , com densidade de 18 fios/cm <sup>2</sup> ,   | Medihouse         | REPROVADO: o material apresentado não atende ao descritivo do edital no que diz respeito a sua composição e o peso é inferior que a amostra apresenta foi de 37g para 2,45m, não sendo compatível. |



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRATUBA**  
**ESTÂNCIA HIDROMINERAL E CLIMÁTICA**


|    |  |           |  |
|----|--|-----------|--|
|    | <p>confeccionada em tecido de no mínimo 90% algodão cru, fios de alta torção, possuindo bastante elasticidade no sentido longitudinal, enroladas sobre si mesmas, aparência uniforme, bordas devidamente acabadas, isenta de rasgos, impurezas, fiapos e quaisquer outros tipos de defeitos que possam afetar seu desempenho durante o uso. Apresentar registro na Anvisa. Embaladas individualmente, pacote com 12 unidades. O produto deverá atender na íntegra as especificações da ABNT 14.055 e 14.056.</p> |           |  |
| 07 | <p>Atadura de crepom tipo II medindo 15 cm de largura por 1,80m em repouso de comprimento com variação máxima de 3% , com densidade de 18 fios/cm<sup>2</sup>, confeccionada em tecido de no mínimo 90% algodão</p> <p>Atadura de crepom tipo II medindo 15 cm de largura por 1,80m em repouso de comprimento com variação máxima de 3% , com densidade de 18 fios/cm<sup>2</sup>, confeccionada em tecido de no mínimo 90% algodão</p>  | Medihouse | <p>REPROVADO: o material apresentado não atende ao descritivo do edital no que diz respeito a sua composição e o peso é inferior que a amostra apresenta foi de 45 g para 2,36m, não sendo compatível.</p> |
| 08 | <p>Atadura de crepom tipo II medindo 20 cm de largura por 1,80m em repouso de comprimento com variação máxima de 3% , com densidade de 18 fios/cm<sup>2</sup>, confeccionada em tecido de no mínimo 90% algodão cru, fios de alta torção, possuindo bastante elasticidade no sentido longitudinal, enroladas sobre si mesmas, aparência uniforme, bordas devidamente acabadas, isenta de rasgos, impurezas, fiapos e</p>   | Medihouse | <p>REPROVADO: o material apresentado não atende ao descritivo do edital no que diz respeito a sua composição e o peso é inferior que a amostra apresenta foi de 60 g para 2,58m, não sendo compatível.</p> |





**ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRATUBA  
ESTÂNCIA HIDROMINERAL E CLIMÁTICA**


|    |   |           |  |
|----|---|-----------|--|
|    | quaisquer outros tipos de defeitos que possam afetar seu desempenho durante o uso. Apresentar registro na Anvisa. Embaladas individualmente, pacote com 12 unidades. O produto deverá atender na íntegra as especificações da ABNT 14.055 e 14.056. |           |  |
| 15 | Compressa campo operatório 45cm x 50cm. Não estéril, com fio radiopaco, 4 camadas com cadarço, 100% puro algodão. Peso mínimo de 35g por campo. Macio e extra absorvente. Pacote com 50 unidades.   | Melhormed | REPROVADO: o material apresentado não atende ao descritivo do edital no que diz respeito a sua composição não possui fio radiopaco |

Piratuba, 30 de outubro de 2024.

  
\_\_\_\_\_  
Bianca de Oliveira  
Dentista

  
\_\_\_\_\_  
Gustavo Ribeiro Pereira  
Dentista

  
\_\_\_\_\_  
Andressa Heckler Bortolini  
Enfermeira

  
\_\_\_\_\_  
Simara Vieira  
Auxiliar serv. Gerais internos