



**ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRATUBA
ESTÂNCIA HIDROMINERAL E CLIMÁTICA**

COMISSÃO ESPECIAL PARA ANÁLISE DE AMOSTRAS

Referente:

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 011/2024 FMS

Objeto: Registro de Preços para possível aquisição de materiais ambulatoriais e odontológicos para uso na unidade de saúde do município.

Licitante: METROMED COME DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.
CNPJ: 83.157.032/0001-22

LAUDO DE AVALIAÇÃO DE AMOSTRAS

Item	Especificação	Marca Apresentada	Parecer
05	Atadura de crepom tipo II medindo 08 cm de largura por 1,80m em repouso de comprimento com variação máxima de 3% , com densidade de 18 fios/cm ² , confeccionada em tecido de no mínimo 90% algodão cru, fios de alta torção, possuindo bastante elasticidade no sentido longitudinal, enroladas sobre si mesmas, aparência uniforme, bordas devidamente acabadas, isenta de rasgos, impurezas, fiapos e quaisquer outros tipos de defeitos que possam afetar seu desempenho durante o uso. Apresentar registro na Anvisa. Embaladas individualmente, pacote com 12 unidades. O produto deverá atender na íntegra as especificações da ABNT 14.055 e 14.056	MEDHOUSE	REPROVADO: o material apresentado não atende ao descritivo do edital no que diz respeito a sua composição e o peso que a amostra apresentou 2,57 CM /24 G Na composição não descreve a porcentagem de algodão da amostra.
06	Atadura de crepom tipo II medindo 12 cm de largura por 1,80m em repouso de comprimento com variação máxima de 3% , com densidade de 18 fios/cm ² , confeccionada em tecido de no mínimo 90% algodão cru, fios de alta torção, possuindo bastante	MEDHOUSE	REPROVADO: o material apresentado não atende ao descritivo do edital no que diz respeito a sua composição e o peso que a amostra apresentou 2,57 CM /24 G. Na composição não descreve a porcentagem de algodão da amostra



**ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRATUBA
ESTÂNCIA HIDROMINERAL E CLIMÁTICA**

	elasticidade no sentido longitudinal, enroladas sobre si mesmas, aparência uniforme, bordas devidamente acabadas, isenta de rasgos, impurezas, fiapos e quaisquer outros tipos de defeitos que possam afetar seu desempenho durante o uso. Apresentar registro na Anvisa. Embaladas individualmente, pacote com 12 unidades. O produto deverá atender na íntegra as especificações da ABNT 14.055 e 14.056.		
15	Compressa campo operatório 45cm x 50cm. Não estéril, com fio radiopaco, 4 camadas com cadaço, 100% puro algodão. Peso mínimo de 35g por campo. Macio e extra absorvente. Pacote com 50 unidades.	MEDI HOUSE	REPROVADO: NÃO POSSUI 04 CAMADAS
31	Lanceta para coleta de sangue por punção digital, sistema estéril e descartável, com invólucro de plástico, agulha de 28G, com proteção de 1.5mm, lanceta trifacetada e siliconizada, com retração automática da agulha. Atende as normas reguladoras ISO 13485 e NR 32.	BIOLAND	REPROVADA: após análise observou-se que não está de acordo com o descritivo do edital no que se refere a proteção, apresentada de 1.8mm

Piratuba, 21 de NOVEMBRO de 2024.

Bianca de Oliveira
Dentista

Gustavo Ribeiro Pereira
Dentista

Andressa Heckler Bortolini
Enfermeira



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRATUBA
ESTÂNCIA HIDROMINERAL E CLIMÁTICA

Simara Vieira

Simara Vieira
Auxiliar serv. Gerais internos