COMISSÃO ESPECIAL PARA ANÁLISE DE AMOSTRAS

Referente:

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 011/2024 FMS

Objeto: Registro de Preços para possível aquisição de materiais ambulatoriais e odontológicos para uso na unidade de saúde do município.

Licitante: METROMED COME DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.

CNPJ: 83.157.032/0001-22

LAUDO DE AVALIAÇÃO DE AMOSTRAS

Item	Especificação	Marca Aprese ntada	Parecer
46	Tira reagente para determinação de glicemia com princípio de medição amperometria, que realize o teste em amostras capilar, venosa, arterial e neonatal, volume da amostra de 0,6 μL, tempo de leitura até 4s, faixa de medição de 10 a 600 mg/dl. Reação química mediada pela enzima glicose desidrogenase, que não sofra interferência com as variações de PO2 da amostra (oxigenoterapia). Caixa com 50 tiras. Apresentar bula do produto juntamente com a proposta. Com a cedência de monitores em comodato (Quantidade conforme for necessário pela secretaria)	Bioland	REPROVADO: o material apresentado não atende ao descritivo do edital no que diz respeito a sua composição volume da amostra apresentada de 0,7 µL e o tempo de leitura até 10s e não faz em neonatal.

Piratuba, 30 de outubro de 2024.



ESTADO DE SANTA CATARINA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRATUBA ESTÂNCIA HIDROMINERAL E CLIMÁTICA

Bianca de Oliveira

Dentista

Gustavo Ribeiro Pereira

Dentista_l

Andressa Heckler Bortolini Enfermeira

Simara Vieira Auxiliar serv. Geriais internos